

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ /

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ ใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ Volt ๕๐ Hertz
- ๑.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น ยุโรปหรืออเมริกา

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติที่ใช้ในงานธนาคารเลือด
- ๒.๒ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor
- ๒.๓ มีความเร็วในการปั่นล้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ RPM หรือ RCF ไม่ต่ำกว่า ๗๕๐ g
- ๒.๔ มีจอภาพแสดงข้อความการทำงานของเครื่องและแสดงความเร็วรอบการปั่น
- ๒.๕ สามารถปั่นล้างเซลล์ครั้งละ ๒๔ หลอด
- ๒.๖ สามารถใช้กับหลอดทดลองขนาด ๑๒ x ๗๕ mm.
- ๒.๗ สามารถเลือกโปรแกรมการปั่นล้างเองได้
- ๒.๘ มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
- ๓.๒ ผู้จำหน่ายได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต และมีช่างที่ได้รับการฝึกอบรม
- ๓.๓ รับประกันคุณภาพการใช้งานหลังส่งมอบอย่างน้อย ๑ ปี
- ๓.๔ สอบเทียบเครื่องมือก่อนส่งมอบและภายในระยะเวลารับประกัน

กรรมการคุณลักษณะเฉพาะ

๑. นางธินารมย์ ศีลาราช นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ
เกิดวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๙ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ๓๘๔๐๖๐๐๐๒๑๒๕๑
๒. น.ส.บุษิตา สวัสดิ์วรรณ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
เกิดวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๒๘ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ๑๘๔๐๑๐๐๐๓๖๑๑๓
๓. นางสุชญา ทรัพย์สุนทร นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ
เกิดวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๑ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ๑๘๔๙๙๐๐๐๙๑๒๗๓



