

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดผ่าตัดเนื้องอกผ่านทางจมูก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. แท่งโลหะสำหรับยก(Elevator) และดูดของเหลว (Suction) ความยาว ๑๙ เซนติเมตร
๒. เครื่องมือสำหรับขูด (Curette) ปลายปากทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดเล็ก ความ ยาว ๑๙ เซนติเมตร
๓. ปากคีบสำหรับบดตัดกระดูก แบบตัดกลับหลัง ความยาว ๑๐ เซนติเมตร
๔. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อในโพรงจมูกแบบตรง ความยาว ๑๓ เซนติเมตร
๕. ปากคีบจับเนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบปลายปากทำมุมขึ้น ๔๕ องศา ตัดผ่านเนื้อเยื่อ ขนาด ๑ ความยาว ๑๓ เซนติเมตร
๖. ปากคีบจับเนื้อเยื่อในโพรงจมูก แบบปลายปากตรง ตัดผ่านเนื้อเยื่อ ขนาด ๑ ความยาว ๑๓ เซนติเมตร
๗. อุปกรณ์บดกระดูก ปากหงายขึ้นบน ทำมุม ๖๐ องศา ขนาด ๒ มิลลิเมตร ความยาว ๑๗ เซนติเมตร
๘. อุปกรณ์ตัดเนื้อเยื่อและกระดูกบาง ปลายเป็นทรงกลมสำหรับการตัดซาฟีนอยไซนัส ปากขนาด
๙. อุปกรณ์จับดึงเนื้อเยื่อ ปากเป็นรูปร่างรี มีพื้นหยัก แบบตรง ขนาด ๒.๕ มิลลิเมตร ความยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร
๑๐. อุปกรณ์จับเนื้อเยื่อปลายกลมเป็นรูปถ้วย ขนาด ๒.๕ มิลลิเมตร ความยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร ปลายกระดูกขึ้น ๔๕ องศา
๑๑. ท่อโลหะดูดจ่ายของเหลว แบบโค้งต่อจีได้ โค้งขึ้นสามารถตัดได้ ขนาด ๓ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐ เซนติเมตร
๑๒. ท่อโลหะดูดจ่ายของเหลว แบบตรงต่อจีได้ โค้งขึ้นสามารถตัดได้ ขนาด ๓ มิลลิเมตร ความยาว ๑๐ เซนติเมตร
๑๓. อุปกรณ์จีแบบไปโพลาร์ ปลายปากตรงกึ่งคม ขนาด ๓.๔ มิลลิเมตร ความยาว ๑๔ เซนติเมตร
๑๔. มีดสำหรับทำผ่าตัด ความยาว ๑๘ เซนติเมตร

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นพ.สมศักดิ์ นิลพงศ์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นพ.สุชาติ อภิชาตยงวุฒิ | นายแพทย์ปฏิบัติการ..... | กรรมการ |
| ๓. น.ส.ชนิษฐา พานิชกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ..... | กรรมการ |

๑๕. มีดสำหรับทำผ้าตัด ด้ามแบบกลม ขนาด ๓.๕x๒.๕ เซนติเมตร
๑๖. มีดสำหรับทำผ้าตัด สามารถพับเก็บใบมีดได้
๑๗. เครื่องมือชุดขึ้นเนื้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มิลลิเมตร ส่วนปลายโค้ง
๑๘. เครื่องมือชุดขึ้นเนื้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ มิลลิเมตร ส่วนปลายตั้งฉาก
๑๙. อุปกรณ์แหวกเนื้อเยื่อ ปลายคม ปลายทำมุม ๔๕ องศา ปลายรูปกลมแบน ขนาด ๓ มิลลิเมตร ความยาว ๒๕ เซนติเมตร
๒๐. อุปกรณ์แหวกเนื้อเยื่อ ปลายคม ปลายตรง ปลายรูปกลมแบน ขนาด ๓ มิลลิเมตร ความยาว ๒๕ เซนติเมตร
๒๑. อุปกรณ์แหวกเนื้อเยื่อ ปลายคม ปลายทำมุม ๑๕ องศา ปลายรูปกลมแบน ขนาด ๒ มิลลิเมตร ความยาว ๒๕ เซนติเมตร
๒๒. กรรไกรแบบตรง มีความละเอียด ความยาว ๑๘ เซนติเมตร
๒๓. กรรไกรแบบตรง ความละเอียดพิเศษ โค้งขวา ความยาว ๑๘ เซนติเมตร
๒๔. กรรไกรแบบตรง ความละเอียดพิเศษ โค้งซ้าย ความยาว ๑๘ เซนติเมตร
๒๕. กรรไกรแบบตรง ความละเอียดพิเศษ ทำมุม ๔๕ องศา ความยาว ๑๘ เซนติเมตร
๒๖. เครื่องมือจับขึ้นเนื้อ ปลายปากมน ด้ามตรง ความยาว ๑๘ เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ มิลลิเมตร
๒๗. เครื่องมือวัดความยาว (Lesion Meter) ขนาดกว้าง ๒ มิลลิเมตร ความยาว ๑๙ เซนติเมตร
๒๘. อุปกรณ์จีแบบไปโพลาร์ ปากแบนขนาด ๑ มิลลิเมตร ปลายทำมุม ๔๕ องศาปากเปิดในแนวตั้งความยาว ๒๐ เซนติเมตร
๒๙. ท่อโลหะดุกของเหลว แบบ FERGUSON ขนาด ๑๐ เฟรนด์ ความยาว ๑๕ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้ารับประกันคุณภาพ ๑ ปี
๒. สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศแถบทวีปยุโรป

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. นพ.สมศักดิ์ นิลพงศ์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ..... | ประธานกรรมการ |
| ๒. นพ.สุชาติ อภิชาตยงวุฒิ | นายแพทย์ปฏิบัติการ..... | กรรมการ |
| ๓. น.ส.ชนิษฐา พานิชกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ..... | กรรมการ |